

## Neoflex Genuvit 340

### Kostenlose Service Hotline

0800-ORPEDO.  
0800-6773361

**Orpedo**  
Orthopedics Company KG

Knesebeckstraße 54  
D-10719 Berlin

**Tel** +49-30-88 00 77 10  
**Fax** +49-30-88 00 77 14

Postfach 15 05 44  
D-10667 Berlin

**Web** [www.orpedo.com](http://www.orpedo.com)  
**Mail** [info@orpedo.com](mailto:info@orpedo.com)

Material- und Farbänderungen vorbehalten

G34-01\_10

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses medizinischen Produktes beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Arzt, Orthopädiefachmann oder Apotheker.

Please read this general information carefully. It contains important details regarding the use of this medical product. For further question please contact your physician, orthopaedic specialist or pharmacist.

## GEBRAUCHSINFORMATIONEN

### Produktbeschreibung

Die Knieorthese **Neoflex Genuvit 340** aus Neopren ist anatomisch zugeschnitten. Die gute Passform sowie die zwei seitlich eingearbeiteten Spiralen bieten sicheren Halt. Der Patellabereich ist ausgespart und mit einem Silikonring zur Lagerung der Patella verstärkt. Das perforierte Neopren hält die Körperwärme, ist wasserabweisend und atmungsaktiv. Sie ist besonders hautfreundlich und hat einen angenehmen Tragekomfort.

### Indikation

- degenerative und rheumatische Gelenkerkrankungen auch mit medialer und lateraler Instabilität
- postoperativ
- Knieverletzungen (Distorsion, Kontusion, Distension)
- retropatellare Chondropathie
- zur Stabilisierung nach Patellaluxation

### Gebrauchsanweisung

Die Orthese wird mit der verstärkten Naht nach hinten über das Knie gezogen. Der Silikonring soll die Kniescheibe umschließen. Das Produkt ist den Angaben und dem Zweck entsprechend anzuwenden.

### Hinweis

Bei schweren Verletzungen, offenen Wunden, Schwellungen, Allergien und anderen Erkrankungen bzw. Komplikationen ist unbedingt der Arzt oder Apotheker zu konsultieren. Um den korrekten Sitz der Neoflex Genuvit 340 zu gewährleisten, sollte das erste Anlegen und Einstellen durch den Arzt, Orthopädiefachmann oder Apotheker erfolgen. Sollte im Bein ein Kälte- bzw. Taubheitsgefühl entstehen, ist die Orthese sofort zu lockern oder abzulegen und Sitz und Größe durch Arzt oder Fachgeschäft zu überprüfen. Anwendung während des Schlafens nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt, Orthopädiefachmann oder Apotheker.

### Pflegeanleitung ( )

Die Orthese nach Entfernung der Spiralen vorsichtig mit der Hand bei 30° C in milder Seifenlauge reinigen. Erhitzen durch direkte Sonnenstrahlen, Heizkörper, Bügeleisen o. ä. unbedingt vermeiden. Nicht bleichen, nicht chemisch reinigen.

### Allgemeine Hinweise zu Neoprenprodukten

Der Neoprenschaum wirkt isolierend und besitzt vielgestaltige elastische Eigenschaften. Dadurch hält er die Körperwärme, schützt die Muskulatur und sorgt für eine gute Durchblutung, sowie für genügend Druck und Unterstützung während der Behandlung. Das Risiko von Verletzungen nach sportlicher Betätigung z.B. Verstauchungen, Verrenkungen und Muskelrissen durch zu schnelle Abkühlung wird reduziert. Der Heilungsprozess wird beschleunigt.

### Farbe

schwarz

## INSTRUCTION FOR USE

### Product description

The Neoprene knee support **Neoflex Genuvit 340** with two flexible stays provides a secure support for the knee joint due to its anatomical shape and good fitting. The open patella area is surrounded by a silicone ring to stabilize the kneecap.

### Indications

- degenerative or rheumatic diseases also with medial and lateral instability
- postoperative
- slight knee injuries (distortion, contusion, distention)
- retropatellar chondropathy
- to stabilize the patella in case of patellar dislocation

### Instructions

Pull the support over the afflicted knee and place the reinforced seam at the back of the leg. The silicone ring should enclose the kneecap. For the application of this product you have to follow its description and intention.

### Notice

Please contact your physician or pharmacist in any of the following cases: severe injuries, open wounds, swellings, allergies and other diseases or complication. The first application and adjustment should be done by your physician, orthopaedic specialist or pharmacist to ensure the correct fitting of the Neoflex Genuvit 340. In case of numbness or coldness loosen the support or take it off at once. Ask your physician or orthopaedic specialist to check the fit and adjustment. Do not wear the support while sleeping without consulting your physician first.

### Washing instruction ( )

After removal of the stays the support may be washed at 30° C in mild detergent at a temperature of 30° C (86° F). Avoid direct sunlight, heat of radiators, electric iron or the like. Do not bleach or dry clean.

### General Information

Neoprene has isolating and multiple elastic qualities. It keeps body heat, protects musculature and supports the blood flow. It grants enough pressure and support. Since fast cooling-down is prevented the risk of injuries as e.g. sprains, dislocations and muscle ruptures during sport activities is reduced.

### Color

black